

KARTA GWARANCYJNA

.....
Typ stetoskopu

.....
Data sprzedaży

Sprzedawca

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Szczegółowe warunki wykonania umów sprzedaży określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.05.1995r. (Dz.U. Nr. 64 z 14.06.1995r. Poz.238) oraz Ustawa z 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr.141 z 2002r. poz.1176).

Producent :

PPH **STETOSKOP.PL** 99-420 Łyszkowice, Daniek 2
Sklep internetowy: 00-519 Warszawa, ul.Wspólna 27a
mob. +48 604 449 496 www.stetoskop.pl
tel. +48 22 629 48 18 biuro@stetoskop.pl

Instructions for use stainless steel stethoscopes STETOSKOP.PL - Cardio, Suprima, Optima, Unima, Exacta

The stethoscope is a medical diagnostic tool designed for auscultation of the patient. Read these instruction carefully before using the stethoscope and keep them in a safe place for future reference.

Setting-up

Plastic parts don't consist latex.
The stethoscope is supplied with soft eartips fitted. These can be unscrewed and replaced. Stethoscope binaural should be installed so eartip body work around axis aural. Eartips bodies regulation pressure gets by binaural arms extension or squeezing them within. The chestpiece lets you choose between a membrane and an open cone. To select, hold the tube in one hand and rotate the chestpiece with the other hand 180° until it clicks into place. Position the chestpiece without applying too much pressure.

Cleaning and maintenance

Eartips bodies and acoustic tubing should be often washed in hot water with soap addition towards removing fat from surface. This is condition for long-lasting plastic elasticity. Eartips bodies in case of washing should be unscrewed. The membrane can be removed after carefully pushing away the plastic ring and washed in soapy water. A replacement membrane is supplied. All components can be sterilized in ethylene oxide. Do not use thermal sterilization.

Warranty

Manufacturer warranty: for cardiology stethoscopes for a period of five years, for the rest of stethoscopes for 3 years from the date of sale. We guarantee the proper function of the unit provided it is used as intended by the manufacturer and according to the instructions for use. Any faults or defects which occur during the warranty period will be repaired free of charge provided they are caused by faults in material, design or workmanship. This warranty excludes any defects which occur because of normal wear and tear, incorrect use, the use of non-original spare parts, or non-authorized modification or repairs.

STETOSKOP.PL
Stainless Steel Family

data wydania 04.04.2015 r.

Instrukcja/ Gwarancja

CE 93/42/EC

RODZINA STETOSKOPÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

kardiologiczne	SPL-CC SPL-CD	CARDIO CLASSIC CARDIO DUAL
internistyczne	SPL-SC SPL-SD SPL-OA	SUPRIMA CLASSIC SUPRIMA DUAL OPTIMA ADULT
pediatryczne	SPL-OP	OPTIMA PEDIATRIC
neonatalne	SPL-OI	OPTIMA INFANT
anestezjologiczne	SPL-U	UNIMA
pielęgniarskie	SPL-E	EXACTA

Instrukcja użytkowania stetoskopów ze stali nierdzewnej STETOSKOP.PL - Cardio, Suprima, Optima, Unima, Exacta

Stetoskop jest medycznym narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do osłuchiwania pacjenta. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem stetoskopów i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Opis

Elementy z tworzyw sztucznych nie zawierają lateksu.
Stetoskop wyposażony jest w miękkie końcówki uszne (oliwki). Miękkie oliwki można odkręcić i wymienić. Lira stetoskopu powinna być zakładana w taki sposób, aby oliwka pracowała w osi kanału usznego. Regulację nacisku liry na uszy uzyskuje się poprzez rozciągnięcie ramion liry na zewnątrz lub ściśnięcie do wewnątrz. Wyboru kanału akustycznego pomiędzy membraną i lejkiem dokonuje się poprzez obrót tłoczka o 180°. Aby dokonać obrotu przytrzymaj dren jedną ręką a drugą ręką obróć głowicę wokół tłoczka do momentu zadziałania przełącznika. Używaj głowicy nie stosując zbyt silnego nacisku.

Zczyszczenie i konserwacja

Oliwki i przewody akustyczne powinny być często myte w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła w celu usunięcia tłuszczu z powierzchni. Jest to warunkiem długotrwałego zachowania ich elastyczności. Oliwki powinny być odkręcone od liry do mycia. Membrana może być bardzo ostrożnie zdemontowana poprzez zsuniecie gumowego pierścienia i również umyta w ciepłej wodzie z mydłem. Zastępcza membrana znajduje się w opakowaniu. Wszystkie części można sterylizować tlenkiem etylenu. Nie należy używać termicznych sterylizatorów.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji : dla stetoskopów kardiologicznych na okres 5 lat, dla stetoskopów pozostałych na 3 lata od daty sprzedaży. Gwarantujemy właściwe funkcjonowanie stetoskopu pod warunkiem używania zgodnego ze wskazówkami producenta zawartymi w instrukcji. Uszkodzenia i wady występujące w okresie gwarancyjnym powstałe w wyniku ukrytych wad materiału lub z winy producenta zostaną usunięte bezpłatnie. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nie autoryzowanych przeróbek przy użyciu nieoryginalnych części.